



**Broj:** 727/15

**Datum:** 27.02.2015. godine

**Predmet:** Dodatna objašnjenja u postupku javne nabavke broj Tempus-01/2015

Od potencijalnog ponuđača, koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju javne nabavke broj Tempus-01/2015 dobili smo zahtev za dopunska objašnjenja i odgovore na sledeća pitanja:

**Pitanje 1:**

Poštovani, u konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku broj Tempus 1/2015, na strani 4, su navedeni obavezni i dodatni uslovi za učestvovanje u postupku nabavke.

Naša firma je upisana i u registar privrednih društava APRa i u Registar ponuđača APRa (javna baza podataka o pravnim licima koje ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupcima javnih nabavki, propisanih Zakonom o javnim nabavkama), a oba izvoda za našu firmu se mogu videti na internet stranicama APRa.

Molimo vas da nam odgovorite da li nam je za ispunjenje obaveznih uslova, tačke 1) do 6), dovoljno da vam navedemo gore navedene internet stranice.

**Odgovor na pitanje 1:**

Ponuđač koji je upisan u registar privrednih društava tj. čiji se izvodi mogu videti na internet stranicama APR-a nisu u obavezi da dostave iste, već je potrebno samo navesti link ka internet stranici.

**Pitanje 2:**

U tehničkoj specifikaciji opreme za Partiju 3, na str.17-20 konkursne dokumentacije je navedeno da se mogu nuditi i modeli od drugih proizvođača sličnih karakteristika. Da li se ta mogućnost može primeniti i za Partije 1 i 2, pošto to nije navedeno?

**Odgovor na pitanje 2:**

Ponuđači mogu dati ponudu za Partiju 1., Partiju 2. kao i za Partiju 3. opremu istih karakteristika kao iz specifikacije u konkursnoj dokumentaciji ali zadržavaju pravo da dostave ponudu opreme drugih proizvođača.

Kod Partije 1., stavka 5. (Softver za Termovizijsku kameru FLIR T420 (model FLIR-T62101)) i stavka 7. (Širokougaoni objektiv za termovizijsku kameru FLIR T420 (model FLIR-T62101)) je nepohodno dati ponudu od navedenog proizvođača zato što naručilac poseduje kameru navedenog modela.

**Pitanje 3.**

U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku broj Tempus 1/2015, na strani 4, su navedeni obavezni i dodatni uslovi za učestvovanje u postupku nabavke.

U konkursnoj dokumentaciji na strani 4, pod obaveznim uslovima, navedeno je da Ponuđač mora da poseduje određene sertifikate, tačke 3) do 6) da bi stekao pravo da učestvuje u postupku nabavke. Na strani 5 u opisu dokazivanja uslova br.3 sa strane 4, navedeno je da u postupku nabavke mogu da učestvuju i fizička lica.

S obzirom da fizička lica nisu u mogućnosti da poseduju te sertifikate, molimo vas da nam odgovorite da li se dodatni uslovi, tačke 3) do 6), odnosi na proizvođače opreme koja se nudi, a ne na Ponuđača opreme.

### **Odgovor na pitanje 3:**

Svi potencijalni ponuđači moraju dostaviti sve navedene uslove propisane zakonom za učesće u postupku javne nabavke. Zbog same strukture konkursne dokumentacije fizička lica ne mogu učestvovati u konkretnom postupku nabavke.

### **Pitanje 4.**

U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku broj Tempus 1/2015, na strani 6, je navedeno da je za ispunjenje 2) uslova da Ponuđač raspolaže poslovnim kapacitetom potrebna autorizacija lokalne kancelarije proizvođača opreme (MAF - Manufacturer's Authorization Form), naslovljena na naručioca kojom garantuje da je ponuđač ponudio originalnu opremu i da će je kao takvu isporučiti za potrebe predmetne javne nabavke.

Da li je u slučaju proizvođača koji imaju lokalnog distributera, dovoljno dobiti ovlašćenje od lokalnog distributera?

U nabavci potražuje računarska oprema koja se sastoji od komponenti velikog broja različitih proizvođača. Proizvođači tih komponenti ne daju ovlašćenja koja se zahtevaju (MAF). Da li se prihvata ovlašćenje lokalnih distributera (prodavaca) računarske opreme?

### **Odgovor na pitanje 4.**

Ponuđači koji ne mogu dostaviti MAF formu, mogu dostaviti ovlašćenja lokalnih distributera.

### **Pitanje 5.**

Vezano za stavku 7, Partija 1., postoje dva širokougaona sočiva, 45 ° i 90 °, pa nas zanima koje Vama treba?

### **Odgovor na pitanje 5.**

Potrebno je dostaviti širokougaono sočivo od 45 °.

### **Obaveštenje potencijalnim ponuđačima.**

U Partiji 1.- Državni univerzitet u Novom Pazaru, stavka 7. došlo je do ispravke u nazivu opreme, tako da je potrebno dostaviti **Širokougaoni objektiv za termovizijsku kameru FLIR T420 (model FLIR-T62101)**, samim tim izvršena je ispravka navedene opreme u stavci 7. a na stranama 13 i 26 konkursne dokumentacije Tempus-01/2015. Ispravljene strane će se postaviti na sajt naručioca [www.np.ac.rs](http://www.np.ac.rs) kartica javne nabavke, kao in a Portalu za javne nabavke.

Služba za javne nabavke DUNP